

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **mua hóa chất xét nghiệm** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Lê Thị Bích Hạnh nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh SĐT 0907.704.045.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh Số 399 Đường Nguyễn Đăng, Khóm 10, Phường 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, SĐT: 0294 3862 553.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 12 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ký

6.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hóa chất xét nghiệm.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Dung dịch pha loãng	Mô tả cụ thể tại khoản 1 bảng mô tả đính kèm	1.350	Lít
2	Hóa chất ly giải hồng cầu	Mô tả cụ thể tại khoản 1 bảng mô tả đính kèm	30	Lít
3	Hóa chất phân tích 5 thành phần bạch cầu	Mô tả cụ thể tại khoản 1 bảng mô tả đính kèm	33	Lít
4	Dung dịch rửa máy hàng ngày	Mô tả cụ thể tại khoản 1 bảng mô tả đính kèm	30	Lít

- Địa điểm cung cấp: Phòng Vật Tư- TBYT, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Trà Vinh
- Thời gian giao hàng dự kiến: 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sẽ được thiết lập khi thương thảo hợp đồng.

Ghi chú:

Lưu ý: Đơn vị gửi báo giá theo mẫu báo giá đính kèm quy định tại Thông tư số: 14/2023/TT của Bộ Y tế ngày 30 tháng 6 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, VT- TBYT.

GIÁM ĐỐC



TS.BS. Trần Kiến Vũ



BẢNG MÔ TẢ

(Đính kèm yêu cầu báo giá số: 09 /YCBG-BVĐK ngày 11 / 03 /2024)

1. Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Ghi chú
1	Dung dịch pha loãng	Dung dịch pha loãng: Thành phần: Sodium Sulfate 13.73 g/L, Sodium Chloride 1.04 g/L, Tetracaine HCL 0,02 g/L, Imidazole 2,85 g/L	
2	Hóa chất ly giải hồng cầu	Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học .Thành phần: Quaternary Ammonium Salts 5-80 g/L, Sodium Sulfite 1-5 g/L, Chất ổn định, Chất đệm	
3	Hóa chất phân tích 5 thành phần bạch cầu	Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu, sử dụng công nghệ VCSn. Thành phần gồm hai loại hóa chất: - Hóa chất Erythrolyse gồm: yếu tố làm ấm 0.3-1.5g/L, Formic Acid 1.2 mL/L - Hóa chất StaliLyse gồm: Sodium Carbonate 6 g/L, Natri clorua 14,5 g/L, Natri sunfat 31,3 g/L	
4	Dung dịch rửa máy hằng ngày	Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích tế bào tự động khi tiếp xúc với máu. - Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein	

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

- Địa điểm cung cấp: Phòng Vật Tư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp đến kho vật tư
- + Chi phí đã bao gồm thuế và các dịch vụ có liên quan.

