

Số: 100 /YCBG-BVĐK

Trà Vinh, ngày 16 tháng 8 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, cty và các nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua đèn mổ di động và máy hút dịch** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Đỗ Minh Tuấn  
Nhân viên phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh SĐT: 0702.97.3636
- Cách thức tiếp nhận báo giá: tại Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh Số 399 Đường Nguyễn Đăng, Khóm 10, Phường 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, SĐT: 0294 3862 553
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng thông báo đến trước 17h ngày 26/8/2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị cần báo giá:

STT	Danh mục thiết bị	Đặc tính kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy hút dịch	<b>1. CẤU HÌNH MÁY GỒM:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>01 Máy hút chính</li><li>02 Bình chứa dịch 2000ml có thể hấp tiệt trùng với hệ thống van chống tràn</li><li>02 Bộ lọc Antibacterial và Hydrohobic</li><li>02 Bộ ống Silicon 8x14 có thể tiệt trùng được</li><li>02 Đầu nối dùng cho ống hút silicon có cỡ từ đường kính 10, 11, 12mm</li><li>01 Dây nguồn với phích cắm.</li><li>01 Công tắc bàn đạp chân</li></ul> <b>2. TÍNH NĂNG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Motor: Bơm pittông không dầu, dễ bảo trì</li><li>Có thể điều chỉnh áp lực cực đại: - 0.90 Bar -90kPa -675mmHg</li><li>Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/phút</li><li>Mức nhiễu ồn: 51,7 Db</li></ul>	01	Cái
2	Đèn mổ di động	<b>1. CẤU HÌNH CUNG CẤP:</b> 01 đèn mổ di động <b>2. TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ</b>	01	Cái



		<p><b>THUẬT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tính năng:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Không gây mỏi mắt ngay cả khi phẫu thuật trong thời gian dài</li> <li>+ Độ hoàn màu cực cao và độ rọi cực thấp</li> <li>+ Độ sâu chiếu sáng tuyệt vời và hiệu ứng không bóng</li> <li>+ Điều chỉnh độ sáng và trường chiếu không theo bước</li> </ul> </li> <li>- <b>Thông số kỹ thuật</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cường độ chiếu sáng (lux): <math>\geq</math> (40.000-180.000)</li> <li>+ Số lượng đèn LED: 61</li> <li>+ Tuổi thọ bóng đèn: <math>\geq</math> 50.000 giờ</li> <li>+ Nhiệt độ màu (K): <math>\geq</math> (3.700-5.200)</li> <li>+ Chỉ số hoàn màu (Ra): <math>\geq</math> (85-98)</li> <li>+ Độ sâu của dãy ánh sáng (mm): <math>\geq</math> 1500</li> <li>+ Đường kính trường sáng (mm): Có thể điều chỉnh từ <math>\geq</math> (160 tới 280)</li> <li>+ Phạm vi điều chỉnh độ sáng: 1-100%</li> <li>+ Chiều cao: <math>\geq</math> (2.7m - 3.1m)</li> <li>+ Tay nắm: Có thể tiết trùng</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản và thời gian bảo hành thiết bị y tế:
  - + Nhà thầu cung cấp, vận chuyển, và lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh.
  - + Thời gian bảo hành.
  - + Chi phí đã bao gồm thuế và các dịch vụ có liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sẽ được thiết lập khi thương thảo hợp đồng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VT- TBYT.

**GIÁM ĐỐC**



*TS.BS. Trần Kiến Vũ*

Tên công ty....

Địa chỉ: .....

Mã số thuế: .....

Điện thoại: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

## BÁO GIÁ

**Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Trà Vinh, Chúng tôi Công ty ....., báo giá cho các thiết bị y tế, vật tư y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá có VAT (VNĐ)
<b>TỔNG CỘNG</b>									

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày      tháng      năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.