

**YÊU CẦU BÁO GIÁ
(LẦN 2)**

Kính gửi: Quý Công ty/ Doanh nghiệp trong nước

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua giường bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh**
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, điện thoại số 02943.900146, địa chỉ 399 đường Nguyễn Đăng, khóm 10, phường 7, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Hành chính quản trị thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, địa chỉ số 399 đường Nguyễn Đăng, khóm 10, phường 7, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22 tháng 10 năm 2024 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 120 ngày, kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường bệnh nhân	- Chất liệu: inox 304. Kích thước: (D1950 X R900 X C470)mm - Khung đầu giường bằng inox tròn đường kính $\geq \text{Ø}32$, dày $\geq 1,2\text{mm}$. - Khung chân bằng inox tròn đường kính $> \text{Ø}32$, dày $> 1,2\text{mm}$. Ống giằng khung chân làm bằng inox tròn đường kính $\geq 25\text{ mm}$, dày $\geq 1,2\text{ mm}$ - Khung thân giường bằng inox hộp 30x60mm dày $\geq 1,25\text{mm}$. (Khung thân giường và khung đầu của giường được lắp ghép bằng bốn bulông M10 X 25 ngầm từ phía trong, hoặc chốt hình côn) - Khung nâng đầu bằng inox hộp 25x25mm, dày	Cái	01

Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>≥1,25mm, điều chỉnh nâng từ 0-60°. Kích thước: (640x900)mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giát giường bằng inox chữ U 50x15mm dày ≥0,8mm, bát gài dày 3mm. Khoảng cách giữa các nan 18mm - Giường nâng đầu bằng tay quay. - Phần song chắn 2 bên cạnh giường bằng inox tròn đường kính ≥ Ø 25mm, dày ≥1,2mm. - Có cây truyền dịch inox tròn đường kính ≥ Ø16mm dày ≥1mm. Có điều chỉnh cao thấp độ cao từ 1140mm - 1840mm so với mặt đất. Có thể tháo, lắp khi cần. - Bảng treo đầu giường có kẹp hồ sơ bằng inox tấm. Kích thước: D340xR230mm, dày ≥1mm, có thanh kẹp hồ sơ bệnh án, có móc treo đầu giường có thể tháo lắp dễ dàng - Dưới 4 chân được đẩy nút cao su. - Mặt giường phải phẳng, không xô lệch, vênh vẹo. Độ lồi lõm của mặt giường không lớn hơn 3 mm. - Giường phải có kết cấu chắc chắn chịu được tải trọng ≥ 200kg. - Niệm Không Lún 		



2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

Đơn giá mua giường bệnh nhân đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan (chi phí bàn giao tại đơn vị, lắp đặt tại các khoa/phòng Bệnh viện) và thuế VAT.

3. Yêu cầu về báo giá:

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc
- Ngôn ngữ sử dụng : Tiếng Việt
- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty/ Doanh nghiệp. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công thông tin điện tử BVĐK;
- Lưu: VT. P.HCQT

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Huỳnh Hữu Nhân