

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua vật tư can thiệp mạch não** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Lê Thị Bích Hạnh nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh SĐT 0907.704.045.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh Số 399 Đường Nguyễn Đăng, Khóm 10, Phường 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, SĐT: 0294 3862 553.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 21 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 01 tháng 4 năm 2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục vật tư can thiệp mạch não

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Giá đỡ mạch thân kinh	Đường kính stent 4 và 6mm, chiều dài stent 20mm, 24mm, 40mm, dùng cho mạch đường kính 2-4mm, 2-5.5mm. tương thích vi ống thông đường kính 0.021"-0.027", số marker đầu xa 3 và 4, số marker đầu gần 1, khoảng cách giữa các marker là 5mm, 6mm, 10mm. Được sử dụng để lấy huyết khối trong điều trị đột quỵ.	3	Cái
2	Vi ống thông can thiệp mạch thân kinh bằng thép không gỉ	Ống thông can thiệp dạng coil bằng thép không gỉ, đường kính ngoài gần-xa là ,2.4Fr-2.7Fr và 2.8Fr-2.8Fr đường kính trong 0.021" và	2	Cái

		0.027" , chiều dài là 145 và 153cm, tương thích với dây dẫn lớn nhất 0.018", 0.021". Được sử dụng trong can thiệp mạch thần kinh.		
3	Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh lớp ngoài phủ Hydrophilic các loại	Vi ống thông thiết kế lớp ngoài phủ Hydrophilic giúp giảm ma sát để cải thiện điều hướng trong các mạch máu quanh co, tăng cường độ bền để sử dụng lâu dài. Đầu thẳng, 45 độ, 90 độ và đầu hình chữ J. Đường kính trong từ 0,017, 0,021 và 0,027 inches, đường kính ngoài đầu gần từ 2.4F, 2.5F, 3,1F, đường kính ngoài đầu xa là 1.7F, 2.0F và 2.6F . Chiều dài sử dụng là 150 cm và 156cm, trơn và linh hoạt. Có hai markers.	2	Cái
4	Ống thông can thiệp các loại, các cỡ	Đoạn phủ hydrophilic dài 5cm/15cm. Thân ống cân bằng, tăng độ cứng giúp ổn định quy trình, tối ưu hóa lực đẩy. Bộ ống thông với dilator đính kèm thay sheath giúp giảm kích thước tại vị trí đâm kim. Kích thước ống thông: 6F, 7F, 8F (Bộ ống thông là 4F, 5F, 6F tương ứng). Đường kính trong/ ngoài của bộ ống thông: 1.8/ 2.09mm (4F), 2.05/ 2.4mm (5F), 2.28/ 2.7mm (6F) chiều dài khả dụng: 80, 90, 100, 110 cm. Hình dạng đầu tip: angled, straight. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	4	Cái
5	Dây dẫn can thiệp mạch não với cấu trúc vòng xoắn kép	Công nghệ với cấu trúc vòng xoắn kép duy trì hình dạng đầu tip, phản hồi momen xoắn tốt. Lớp phủ SLIP-COAT, SLIP-COAT trên nền polymer Đường kính: 0.010 inch, 0.014 inch, 0.018 inch Chiều dài khả dụng: 200cm, 300cm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA	2	Cái
6	Dây dẫn can thiệp thần kinh các loại, các cỡ	Chất liệu thép không gỉ, đường kính 0.014", độ dài 205cm, đầu mềm xoắn lò xo platinum dài 5cm.	2	Cái



		Được thiết kế để hỗ trợ tối ưu cho các hệ thống theo đầu, có thể đi xuyên qua huyết khối và đảm bảo ống thông luôn giữ nguyên vị trí.		
7	Ống thông chụp mạch não có cấu tạo 3 lớp nylon elastomer	Cấu tạo: 3 lớp nylon elastomer với lưới đan thép không gỉ (SUS). Lớp SUS cho khả năng đẩy tốt. Bề mặt phủ lớp polyamide, đầu tip bo tròn, cấu trúc đồng trục. Kích thước: 5Fr (đường kính trong 0.043"). Chiều dài 100cm. Bề mặt cản quang, Tương thích guidewire 0.038". Giới hạn áp lực 1000psi	20	Cái
8	Ống thông chụp mạch não	Cấu tạo: 3 lớp nylon elastomer với lưới đan thép không gỉ (SUS). Lớp SUS cho khả năng đẩy tốt. Bề mặt phủ lớp polyamide, đầu tip bo tròn, cấu trúc đồng trục. Kích thước: 5Fr (đường kính trong 0.043"). Chiều dài 100cm. Bề mặt cản quang, Tương thích guidewire 0.038". Giới hạn áp lực 1000psi	10	Cái
9	Dây dẫn chẩn đoán mạch máu phủ lớp ái nước dài 260cm	Cấu tạo: Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi., Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten.. Lớp phủ ái nước Hydrophilic M coat, Hình dạng đầu: đầu thẳng, đầu cong (Straight, Angled) Kích thước: Chiều dài dây dẫn: 260 cm, Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm, Đường kính: 0.025", 0.035", 0.038"	5	Cái
10	Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não SOFIA PLUS	Đường kính trong lớn giúp tăng cường lực hút và củng cố độ uyển chuyển khi điều hướng ở đầu xa trên, Đường kính trong 0,07", đường kính ngoài đầu gần 0.0825" Chiều dài 125cm hoặc 131 cm , đầu thẳng. Lòng ống rộng hơn nên hút được huyết khối lớn hơn	1	Cái
11	Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, các cỡ	Hệ thống ống thông lai kép giữa RX và OTW nhằm tăng cường lực đẩy cho tổn thương ở đoạn xa. Công nghệ Z-Tip: chiều dài đầu tip từ 3 -	2	Cái



11	Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, các cỡ	Hệ thống ống thông lai kép giữa RX và OTW nhằm tăng cường lực đẩy cho tổn thương ở đoạn xa. Công nghệ Z-Tip: chiều dài đầu tip từ 3 - 5 mm. Lớp phủ: Hydrophilic (đoạn xa); Silicone (lòng trong ống). Áp lực thường 12 atm. Áp lực vỡ bóng lên tới 22 atm. Dây dẫn tương thích: 0.014 inch. Đường kính bóng từ 1.5 - 6 mm. Chiều dài bóng từ 15 - 240 mm. Chiều dài ống: 150 cm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	2	Cái
----	---	--	---	-----

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật Tư- TBYT, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Trà Vinh
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sẽ được thiết lập khi thương thảo hợp đồng.

Ghi chú:

Lưu ý: Đơn vị gửi báo giá theo mẫu báo giá đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT- TBYT.

GIÁM ĐỐC



TS.BS. Trần Kiên Vũ

Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua hoá chất, vật tư chẩn thương chính hình, vật tư y tế tiêu hao

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Tên Thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký, mã, nhãn hiệu, model Hãng Sản Xuất ⁽³⁾	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ-BTY	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất (5)	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng (7)	Đơn giá có VAT ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí, (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VNĐ)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VNĐ)
1	Thiết bị A													
2	Thiết bị B													
n	...													
Tổng Cộng														

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.