

V/v báo giá vật tư, linh kiện sửa chữa hệ thống chụp mạch (DSA)

Kính gửi: Quý Công ty/Doanh nghiệp trong nước

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh có nhu cầu mua sắm vật tư, linh kiện sửa chữa hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền treo trần, 1 bình điện (DSA) nhằm phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh kính đề nghị Quý công ty/ Doanh nghiệp báo giá vật tư, linh kiện sửa chữa hệ thống chụp mạch DSA tại thời điểm hiện tại, cụ thể như sau:

1. Danh mục đề nghị báo giá:

TT	Tên hàng hóa	Mô tả	ĐVT	Hãng sản xuất	Số lượng
1	Collimator Angio AI rot	Bộ chuẩn trực	Bộ	Siemens	01
2	D102 External Interface/Reset Board	Bo mạch điều khiển đèn phát tia	Cái	Siemens	01
3	HiSIB IBP Adapter Cable	Cáp chuyển tín hiệu	Cái	Siemens	01
4	HiSIB Memscap Cable	Cáp tín hiệu huyết áp xâm lấn	Cái	Siemens	01

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

Giá của các mặt hàng đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan và thuế VAT để hệ thống vận hành tốt khi thay thế vật tư linh kiện vào hệ thống.

3. Yêu cầu về báo giá:

- Số lượng báo giá: 01 bảng gốc
- Ngôn ngữ sử dụng : Tiếng Việt
- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng
- Thời gian nhận báo giá từ ngày thông báo đến hết ngày 17/6/2022.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty/ Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH (đăng tải lên TTTĐT Bệnh viện);
- Lưu VT, Phòng VT-TBYT



TS.BS. Trần Hiến Vũ

Service Report

SIEMENS
Healthineers

No.: 0001673

Báo cáo dịch vụ

Customer: (Khách hàng): BV Đa khoa hnb Trà Vinh		Department: (Khoa phòng): TMICT				
Contact Person: (Người liên hệ):		Date: (ngày): 30/5/2022				
Engineer (Kỹ sư):	1: Hoàng Thọ	2: Minh Khôi	3:			
Job Description: (Mô tả công việc):	<input type="checkbox"/> MI (Lắp đặt)	<input type="checkbox"/> Application Training (Đào tạo)	<input type="checkbox"/> Warranty (Bảo hành)			
	<input type="checkbox"/> MM (Bảo dưỡng)	<input type="checkbox"/> MS (sửa chữa)	<input type="checkbox"/> MU (Cập nhật/Bổ sung)			
			<input type="checkbox"/> Other (Khác)			
			<input type="checkbox"/> Planning (Thiết kế/Quy hoạch)			
Job No: (Mã số công việc):	Main equipment: (Thiết bị chính): Aris Zoo Ceiling		Serial No: (Số seri): 148372			
Reason for Service (Lý do thực hiện dịch vụ):		<input type="checkbox"/> PSI (Vấn đề liên quan đến an toàn)				
		<input type="checkbox"/> PPI (Vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm)				
Work performed (Công việc đã thực hiện)						
Date (Ngày)	From (Từ)	To (Đến)	Content (Nội dung công việc)			
30/5			- Hệ thống áp lực xam lên của hệ thống huyết động TBP không balance được			
2022			- Calibrator bị hỏng là digacom siller			
			- Sensor SPO2 bị hỏng			
			- Dây của hệ thống áp lực xam lên bị hỏng			
Tube scan sec./LU - AX, CT, XP only (Số giây phát tia hiện tại):						
Resolution (Giải pháp):		Suggestion/ Prevention (Khuyến nghị/ Ngăn ngừa):				
Job status (Tình trạng công việc): <input type="checkbox"/> Yes (Đã hoàn thành) <input type="checkbox"/> No (Chưa hoàn thành)		Test Equipment used (Có sử dụng thiết bị kiểm tra): <input type="checkbox"/> Yes (Có) <input type="checkbox"/> No (Không)				
		Test Equipment ID (Số hiệu thiết bị):				
Spares Part (Phụ tùng đã thay thế)	Part Number	S/N (Old/Cũ)	S/N (New/Mới)	Description (Mô tả)	Quantity (Số lượng)	Billable (Y/N) (Tính tiền)
	10092645			Callimeter Argio A1 rt	1	
	10359171			D102 External Interface	1	
	10909401			Hisib adapter cable	1	
	11218881			Hisib memscap cable	1	
Engineer (Kỹ sư):		Customer (Khách hàng):				
Date (Ngày):		Date (Ngày):				

Công ty TNHH Siemens Healthcare

TP. Hồ Chí Minh

Tòa nhà German House, Lầu 7
Số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tel.: + 84-28-3828 2266
Fax: + 84-28-3825 1580

Hà Nội

Tòa nhà Ocean Park, Tầng 9
Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa
Tel.: + 84-24-3557 5588
Fax: + 84-24-3577 6699

Customer Service Hotline
1800 58 58 50